

Измеряемый параметр:			
 2000001010005438	ПАСПОРТ № 5438 Источник питания постоянного тока		Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2011
Наименование предприятия ПАЛИТРА СИСТЕМ			Периодичность метрологического контроля 12 мес.
Цех СМЦ №3	Подразделение Склад СОиП	Оборудование Стенд СКВП № 700407	Позиция
Категория Рабочее СИ	Сфера ГРОЕИ Гос. учетные операции		№ по Госреестру 42467-09
Тип или система Б5-71/1-ПРО	Пределы измерений 0,1...30 В; 0,01...10 А		Класс или погрешность, цена дел. шкалы ПГ 0,002Устг+0,1 В; 0,01+0,05 А
Изготовитель Профигрупп	Заводской № 45646		Инвентарный № 3248762

Результаты метрологического контроля

Дата МК	Вид МК	Заключение (годен, не годен)	Номер документа	Поверитель	Подпись
11.09.2014	Поверка	Годен		Пользователь 361	
15.09.2015	Поверка	Годен		Пользователь 361	
05.12.2016	Поверка	Годен	СвП-66007-05.12.16	Пользователь 361	
07.03.2018	Поверка	Годен	95943/18.04.02/СвП	Пользователь 355	

Сведения о ремонтах

Дата ремонта	Вид ремонта	Характеристика ремонта	Ремонтник
22.12.2015	Текущий	мех.рем.циферблата	Пользователь 592

Сведения об отказах

Дата обнаружения	Дата устранения	Сущность дефекта	Причина отказа
21.12.2015		Сломан циферблат	

Главный метролог

(подпись)

Иванов И.И.

(Ф.И.О.)

Дата составления паспорта 12.04.2018

(подпись составителя)

Сидоров В.В.

(Ф.И.О.)